



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๙๘๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๑๗๙,๙๘๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๖๒ เครื่อง ๗ละ ๑,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๘,๒๐๐ บาท

๔.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล จำนวน ๖๒ เครื่อง ๗ละ ๑,๘๐๓ บาท เป็นเงิน ๑๑๑,๗๘๖ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้วิธีสืบราคาท้องตลาด จำนวน ๒ รายการจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๕.๑ บริษัท คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จำกัด

๕.๒ ร้านนายอภิสิทธิ์ กองคำ

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ธนาวีศว์ ๗๗

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ น.ส.มธุรส ราชวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

๖.๒ นายธวัชชัย ลุนธิระวงศ์ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านผือ

๖.๓ นางนรินทร์พร สร้อยทอง ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. พระลับ

ราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อพัสดุ (/) ชื่อ () จ้าง

(จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ)

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน (หน่วย)	() ราคามาตรฐาน (/) ราคาที่ได้รับจาก การสืบจากท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงิน ที่ซื้อครั้งนี้	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน
๑	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต <u>คุณลักษณะทั่วไป</u> ๑. ใช้สำหรับวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล ๒. ขนาด ๑๒๐.๕ x ๑๐๐ x ๖๙.๓ มิลลิเมตร ๓. สายพันต้นแขนรองรับขนาดวงแขน ๒๒-๔๕ ซม. ๔. สามารถแสดงวันที่ เวลา กำกับการวัดแต่ละครั้งได้ ๕. สามารถแสดงค่าความดันได้ในหน่วย มิลลิเมตรปรอท (mmHg) กิโลปาสคาล (kPa) ๖. ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน ๔ ก้อน หรือใช้กับระบบไฟฟ้าที่บ้านผ่านอะแดปเตอร์ ๗. ใช้วิธีการวัดแบบ oscillation measurement ๘. หน้าจอ LSD ขนาดใหญ่สามารถแสดงผลค่าความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างชัดเจน ๙. สามารถแสดงค่าความดันช่วงบน, ความดันช่วงล่างและชีพจรได้ <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> ๑. สามารถวัดความดันโลหิตได้ ตั้งแต่ ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท ๒. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ระหว่าง ๔๐-๒๐๐ ครั้ง ต่อ นาที ๔. ค่าความแม่นยำของความดันโลหิตอยู่ในช่วง ± 3 mmHg และของชีพจรอยู่ในช่วง $\pm 5\%$ ๕. สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ ๗๔ ครั้ง	๖๒ เครื่อง	การสืบราคาจาก ท้องตลาด	๑,๑๐๐.-	๖๘,๒๐๐,

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน (หน่วย)	() ราคามาตรฐาน (/) ราคาที่ได้รับจาก การสืบจากท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงิน ที่ซื้อครั้งนี้	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน
๒	๖. สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในการวัด ๓ ครั้งล่าสุด ๗. เครื่องจะดับอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานภายใน ๒ นาที ๘. สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ $\pm 5^{\circ}\text{C}$ $\pm 40^{\circ}\text{C}$ และความชื้นสัมพัทธ์ ๑๕%- ๑๘% รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักคุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก แบบดิจิทัล ๒. ขนาด ๓๙ x ๒๙ x ๒.๑ เซนติเมตร ๓. ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน ๗. ใช้วิธีการวัดแบบ oscillation measurement ๘. หน้าจอ LCD ตัวเลขชัดเจน คุณลักษณะเฉพาะ ๑. สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด ๑๘๐ กิโลกรัม ๒. ค่าความละเอียด ๕๐ กรัม (๐.๑ lb) ๓. พื้นทำด้วย Tempered glass หนา ๖ มิลลิเมตร มีความแข็งแรง	๖๒ เครื่อง	การสืบจากท้องตลาด	๑,๘๐๓.-	๑๑๑,๗๘๖.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)				๑๗๙,๙๘๖.-	

(นายธวัชชัย ลุนธิระวงศ์)
ผอ.รพ.สต.บ้านผือ

(นางนรินทร์พร สร้อยทอง)
ผอ.รพ.สต.พระลับ

(นางสาวมธุรส ราชวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค